

**Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii**  
Powstańców Wielkopolskich 10  
85-090 Bydgoszcz

.....  
[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: WIWa.272.12.1.2021

## **WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **”Produkty z tworzyw sztucznych i zestawy diagnostyczne do badań techniką real time PCR II”** – znak sprawy **WIWa.272.12.2021**.

Zamawiający, **Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

### **Zadanie 1 Pozycja 3**

#### **Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuści szalki o wymiarach 120x15mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści szalki o wymiarach 120x15mm**

#### **Pytanie 2**

Czy Zamawiający dopuści szalki o wymiarach 120x14,2mm?

**Odpowiedź: Nie**

#### **Pytanie 3**

Czy Zamawiający dopuści szalki pakowane po 240 sztuk w opakowaniu i zaokrągłi całkowitą zamawianą ilość do 1440 sztuk ze względu na sposób pakowania producenta?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza inny sposób pakowania.**

### **Zadanie 7. Pozycja 1-4.**

#### **Pytanie 4**

Czy Zamawiający dopuści pipety sterylizowane radiacyjnie, niebędące apirogennymi?

**Odpowiedź: Nie**

### **Zadanie 1,7,8.**

#### **Pytanie 5**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu składania próbek?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu składania próbek.**