

Bydgoszcz, 22.06.2022 r.

Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

Powstańców Wielkopolskich 10

85-090 Bydgoszcz

.....

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: WIWa.272.12.2.2022

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na **"Sprzęt laboratoryjny II"** – znak sprawy **WIWa.272.12.2022**.

Zamawiający, **Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1 Dot. Parametru 1 B

Czy zamawiający dopuści zamrażarkę o pojemności użytkowej komory 400 l ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2 Dot. Parametru 1 C

Czy zamawiający dopuści zamrażarkę o wymiarze szerokości zewnętrznej 785mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3 Dot. Parametru 1 C

Czy zamawiający dopuści zamrażarkę o wymiarze głębokości zewnętrznej 1041mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4 Dot. Parametru 2

Czy zamawiający dopuści zamrażarkę posiadającą komorę podzieloną na 4 niezależne przestrzenie oraz 2 sztuki zamykanych zamkiem mechanicznym drzwi wewnętrznych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zamrażarkę posiadającą komorę podzieloną na 4 niezależne przestrzenie, natomiast nie dopuszcza zamrażarki wyposażonej w 2 sztuki zamykanych zamkiem mechanicznym drzwi wewnętrznych.

Pytanie 5 Dot. Parametru 7

Czy zamawiający dopuści zamrażarkę wyposażoną w nowoczesny system dwóch niezależnie działających kompresorów. Jest to rozwiązanie znacznie bezpieczniejsze dla użytkownika niż system kaskadowy, gdyż w przypadku awarii jednego kompresora drugi jest w stanie utrzymać temperaturę na poziomie -70°C

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 6 Dot. Parametru 9

Czy zamawiający dopuści zamrażarkę wyposażoną w zaawansowany sterownik mikroprocesorowy z kolorowym, dotykowym wyświetlaczem LCD o przekątnej 7" i wbudowanym systemem alarmów

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

a/a
BS