

**Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii**

Powstańców Wielkopolskich 10  
85-090 Bydgoszcz

.....  
[nazwa zamawiającego, adres]

**Pismo: WIWa.272.2.3.2023**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 2**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na **"Testy diagnostyczne - I"** – znak sprawy **WIWa.272.2.2023**.

Zamawiający, **Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1 – do zadania 1**

**Dotyczy SWZ, Opis przedmiotu zamówienia, punkt 4.2,**

Czy Zamawiający dopuści etykietę zgodną z Rozporządzeniem WE 1272/2008 z dn. 28.12.2008 r., czyli zawierająca: nazwę, adres i numer telefonu producenta; identyfikator produktu; piktogramy określające rodzaj zagrożenia, numer serii i datę ważności, ale z pewnymi elementami w języku angielskim? Wyjaśnienie: produkt oferowany przez Wykonawcę, na etykiecie oprócz niezbędnych informacji wymaganych przez Rozporządzenie WE 1272/2008 z dn. 28.12.2008 r., posiada ogólnie znane sformułowania w języku angielskim takie jak nazwa własna, kraj pochodzenia i stwierdzenie „For Veterinary Use Only”- do użytku weterynaryjnego?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 2**

**Dotyczy Załącznik nr 2 Formularz cenowy dla zadania 1**

Czy Zamawiający dopuści zestawy pozwalające z jednego opakowania wykonać 96 reakcji? 96 reakcji to dokładnie jedna płytką PCR, takie rozwiązanie zmniejsza ryzyko

kontaminacji wynikające z konieczności łączenia zestawów przy nastawianiu kolejnych płytek w następnych reakcjach PCR. Wykonawca wyceni odpowiednią ilość zestawów, żeby ich liczba pozwalała wykonać 10 000 reakcji.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie nr 3**

##### **Dotyczy Załącznik nr 2 Formularz cenowy dla zadania 3**

Czy Zamawiający dopuści zestaw diagnostyczny, w którym wszystkie kontrole, w tym izolacji, amplifikacji oraz kontrola dodatnia są gotowe do użytku (rozpuszczone) i zawarte w zestawie? W przypadku takiego rozwiązania, proponowanego przez Wykonawcę, nie jest wymagana dodatkowa „liofilizowana kontrola dodatnia”.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie nr 4**

##### **Dotyczy SWZ, Opis przedmiotu zamówienia, punkt 4.2, Zadanie nr 3**

Czy Zamawiający dopuści etykietę zgodną z Rozporządzeniem WE 1272/2008 z dn. 28.12.2008 r., czyli zawierająca: nazwę, adres i numer telefonu producenta; identyfikator produktu; piktogramy określające rodzaj zagrożenia, numer serii i datę ważności, ale z pewnymi elementami w języku angielskim? Wyjaśnienie: produkt oferowany przez Wykonawcę, na etykiecie oprócz niezbędnych informacji wymaganych przez Rozporządzenie WE 1272/2008 z dn. 28.12.2008 r., posiada ogólnie znane sformułowania w języku angielskim takie jak nazwa własna, kraj pochodzenia i stwierdzenie „For Veterinary Use Only” – do użytku weterynaryjnego?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

#### **Pytanie nr 5**

##### **Dotyczy Załącznik nr 2 Formularz cenowy dla zadania 3**

Czy Zamawiający dopuści zestawy pozwalające z jednego opakowania wykonać 96 reakcji? 96 reakcji to dokładnie jedna płytka PCR, takie rozwiązanie zmniejsza ryzyko kontaminacji wynikające z konieczności łączenia zestawów przy nastawianiu kolejnych płytek w następnych reakcjach PCR. Wykonawca wyceni odpowiednią ilość zestawów, żeby ich liczba pozwalała wykonać 500 reakcji.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie nr 6**

##### **Dotyczy zadania nr 4 pkt 4.4.2 swz opis przedmiotu zamówienia dot. poz. 1-3:**

Prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia do oferty certyfikatu jakości, na potwierdzenie oferowanych parametrów dostarczymy aktualna instrukcję wykonania testów.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dla zadania nr 4 odstępuje od wymogu złożenia z ofertą przykładowego certyfikatu jakości.**

#### **Pytanie nr 7**

##### **Dotyczy zadania nr 4 poz. nr 2**

Zestaw do izolacji DNA wirusa afrykańskiego pomoru świń ASFv w systemie otwartym do 100 reakcji

Oferowany zestaw nie jest wyrobem medycznym, oferowany jest z podatkiem Vat 23% wobec tego nie posiada deklaracji dopuszczającej. W związku z tym prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczania dokumentów wskazanych w SWZ dla tej pozycji dostarczymy instrukcję użytkowania.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dla pozycji nr 2 z zadania nr 4 odstępuje od wymogu złożenia z ofertą dokumentów wymienionych w SWZ.**

#### **Pytanie nr 8**

##### **Dotyczy SWZ, 4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość dopuszczenia w zadaniu nr 4 testów z terminem ważności nie krótszym niż 6 miesięcy od terminu dostawy.

Uzasadnienie: Proponowany termin ważności wydaje się być wymaganiem zbyt wygórowanym.

**Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SWZ w zakresie okresu ważności i wymaga aby minimalny termin ważności testów wynosił minimum 10 miesięcy od daty dostawy.**

#### **PYTANIA DO UMOWY: Zał. nr 5 do SWZ**

#### **Pytanie nr 9**

par. 5 ust. 2 pkt 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”? Uzasadnienie: Zgodnie z art. 433 pkt 1 PZP postanowienia umowy nie mogą przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści umowy.**

#### **Pytanie nr 10**

par 5 ust. 2 pkt 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dotyczącego niezrealizowanej części umowy?

Uzasadnienie:

Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści umowy.**

**Pytanie nr 11**

par. 5 ust. 2 pkt 3 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie “wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści”?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści umowy.**

**Pytanie nr 12**

par. 8 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do rozwiązania umowy przysługiwało po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych, wyznaczonego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści umowy.**

**Zamawiający informuje, że zmiany stają się integralną częścią SWZ i tym samym są wiążące od dnia ich ogłoszenia.**