

Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy

Powstańców Wielkopolskich 10

85-090 Bydgoszcz

.....

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: WIWa.272.4.3.2024

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Odczynniki chemiczne I.

Numer referencyjny: WIWa.272.4.2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 2

Zamawiający, **Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy: Zadanie nr 2

Pytanie nr 1 dotyczy pozycji nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę ośmiu opakowań odczynnika o objętości 50g?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 1 dotyczy pozycji nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę odczynnika o poniższej specyfikacji:

Kwas azotowy do GF-AAS o parametrach nie gorszych niż:

Stężenie 69.4 +/- 0.5 %,

Chlorki (Cl) ≤ 200 ppb,

Fosfor całkowity (P) ≤ 10 ppb,

Siarka całkowita (S) \leq 300 ppb,

Ag \leq 5 ppb,

Al \leq 10 ppb,

As \leq 5 ppb,

Au \leq 5 ppb,

Ba \leq 5 ppb,

Be \leq 5 ppb,

Bi \leq 10 ppb,

Ca \leq 10 ppb,

Cd \leq 5 ppb,

Co \leq 5 ppb,

Cr \leq 5 ppb,

Cu \leq 5 ppb,

Fe \leq 10 ppb,

Ga \leq 10 ppb,

Ge \leq 10 ppb,

Hg \leq 10 ppb,

In \leq 10 ppb,

K \leq 10 ppb,

Li \leq 10 ppb,

Mg \leq 10 ppb,

Mn \leq 5 ppb,

Mo \leq 10 ppb,

Na \leq 10 ppb,

Ni \leq 10 ppb,

Pb \leq 10 ppb,

Pt \leq 10 ppb,

Sn \leq 10 ppb,

Sr \leq 10 ppb,

Ti \leq 10 ppb,

Tl \leq 10 ppb,

V \leq 10 ppb,

Zn \leq 10 ppb,

Zr \leq 10 ppb,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3 dotyczy pozycji nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę odczynnika o poniższej specyfikacji:

Kwas solny do AAS o parametrach nie gorszych niż:

Stężenie 34-37%

Barwa (APHA) ≤ 10 ,

Bromek (Br) ≤ 20 ppm,

Fosfor całkowity (P) ≤ 10 ppb

Siarka całkowita (S) ≤ 300 ppb

Ag ≤ 10 ppb,

Al ≤ 10 ppb,

As ≤ 10 ppb,

Au ≤ 10 ppb,

Ba ≤ 10 ppb,

Be ≤ 10 ppb,

Bi ≤ 10 ppb,

Ca ≤ 10 ppb,

Cd ≤ 5.0 ppb,

Co ≤ 5.0 ppb,

Cr ≤ 5.0 ppb,

Cu ≤ 5.0 ppb,

Fe ≤ 10 ppb,

Ga ≤ 10 ppb,

Hg ≤ 10 ppb,

In ≤ 10 ppb,

K ≤ 10 ppb,

Li ≤ 5.0 ppb,

Mg ≤ 10 ppb,

Mn ≤ 10 ppb,

Mo ≤ 10 ppb,

Na ≤ 10 ppb,

Ni ≤ 10 ppb,

Pb ≤ 5.0 ppb,

Sn ≤ 10 ppb,

Sr ≤ 10 ppb,

Ti ≤ 10 ppb,

Tl ≤ 10 ppb,

V ≤ 10 ppb,

Zn ≤ 10 ppb,

Zr ≤ 10 ppb,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 4 dotyczy pozycji nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wzorca w 1% HNO₃ i 1% HF

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5 dotyczy pozycji nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w kanistrze o pojemności 10l ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający informuje, że zmiany stają się integralną częścią SWZ i tym samym stają się wiążące od dnia ich ogłoszenia.

BS/BS